



# SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka  
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513  
Sad Rejonowy w Gliwicach  
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

## Nasze telefony

### nr kierunkowy 32

Szpital  
755-37-37

fax  
755-50-49

Dyrektor  
Naczelny  
755-37-37

Dyrektor  
ds. Medycznych  
755-37-37

Księgowość  
755-50-57

Dział  
Metodyczno-Organizacyjny  
755-50-95

Dział Kadr  
755-50-55

Dział Gospodarczy  
755-50-72

Dział Techniczny  
755-50-90

**Dział Zamówień  
Publicznych**  
755-50-80  
Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 08.03.2022 r.

## Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,  
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 13**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść załączonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

„dot.: Postępowania udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyrobów medycznych, numer postępowania: 6/2022

niniejszym działając na podstawie art. 135 ust. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami) w imieniu Wykonawcy (...) zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”):

1. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, tj. Formularza cenowego, Pakiet nr 10 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego  
Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający w Pakiecie nr 10 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego dopuści zaoferowanie produktów o poniższych parametrach:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia
1	<b>Trzpień bezcementowy prosty</b> , uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), trzpień z dodatkowymi

	wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°.
2	<b>Panewka bezcementowa</b> w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm.
3	<b>Wkładki do panewek</b> bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm.
4	<b>Głowa metalowa</b> wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki.
5	Śruba kompatybilna z panewką.
6	Ostrze do piły.
7	<b>Głowa wykonana ze stopu tytanu</b> pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w średnicy 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki.

**ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ, tj. Wzoru umowy, §8 Kary umowne.  
 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §8, ust. 1 tiret drugi: - w wysokości 2 % wartości netto kwoty niedostarczonego towaru, z tytułu każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, licząc za każdy dzień opóźnienia osobno, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 200,00 zł, za jeden dzień opóźnienia;  
 tak, by brzmiał on w sposób następujący: - w wysokości 0,5 % wartości netto kwoty niedostarczonego towaru, z tytułu każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, licząc za każdy dzień opóźnienia osobno, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 100,00 zł, za jeden dzień opóźnienia?

**ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Podpisał:  
 Dyrektor  
 Ryszard Rudnik