



SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy
32

Szpital
755-37-37

fax
755-50-49

Dyrektor
Naczelny
755-37-37

Dyrektor
ds. Medycznych
755-37-37

Księgowość
755-50-57

Dział Metodyczno-
Organizacyjny
755-50-95

Dział Kadr
755-50-55

Dział Gospodarczy
755-50-72

Dział Techniczny
755-50-90

Dział Zamówień
Publicznych
755-50-80
Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 09.03.2022 r.

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 21**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść załączonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

„Znak sprawy: **6/2022** - Dostawa wyrobów medycznych

Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) (...) zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 10

Poz.1 trzpień modułowy ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz.2 panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewką 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru)

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz.3 wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 38-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 44-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 48-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją, o średnicy wewn. 40mm w rozmiarach 56-60mm z dziesięciostopniową reorientacją

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz.4 głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm, 40mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 i 40 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 36, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) lub głowa metalowa cocr o średnicy 28 mm oraz 32mm, 5 długości szyjki od (1,5 do 15,0) konus 12/14

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz.5 śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz.7 głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie.

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 12

Poz 1 Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany w rozmiarach 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 z możliwością zastosowania wąskiego rozmiaru, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz 2 Taca puszczelowa, cementowana, wykonana ze stopu tytanu, w rozmiarach 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 możliwość zastosowania trzpieni przedłużających

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz 3 Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo, o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz5 Element puszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop tytanowy

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz 7 Podkładki puszczelowe wyrównawcze 10 i 15 mm lub kliny uzupełniające 10° i 20°.

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz 8 Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g.

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Podpisał:
Dyrektor
Ryszard Rudnik